



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE
SERVICIOS

Nº 24428

FECHA

Sevilla 13 11 20

NOMBRE CLIENTE TECNICO Edison Romero

DIRECCIÓN C/Comisarios

Nº Sevilla

NOMBRE DE EQUIPO Unidad odontológica

Nº No registra

Nº Consultorio odontológica

Nº EQUIPO

Nº EQUIPO

Nº EQUIPO

Nº EQUIPO

PROBLEMA PRESENTADO

ACTIVIDADES

Revisar Aspecto Físico de Equipo	S	✓	N	NA	Revisión general de la unidad
Revisar Indicadores Anteriores	S	✓	N	NA	Revisión de sistema de bombeo
Revisar Estado de Equipo	S	✓	N	NA	
Revisar Estado de Equipo	S	✓	N	NA	
Pruebas de funcionamiento	S	✓	N	NA	
Actualizar Datos	S	✓	N	NA	

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida

REPUESTOS UTILIZADOS

Llave de paso de agua	1
Tubo de PVC	1
Uniones macho	2

OBSERVACIONES:

Se dejó instalando nueva llave de paso de agua por problema de fuga de agua y tubería PVC

Edison Romero

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Urbán C. Cal

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN