



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26720

FECHA

Cali 01 10 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.comNOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian BurbanoEMPRESA: COOemssanaSEDE: Neuroprotección - EPOCNOMBRE DEL EQUIPO: TensiómetroMARCA: loadMODELO: AdultoSERIE: 1181569UBICACIÓN: ExtramuralCODIGO: 0408333INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			

Revisión general del equipo
Revisión para válvula, brazulete y manómetro.
Verificación de fugas
Limpieza y desinfección general
Pruebas de funcionamiento.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mm Hg	80 mm Hg	80 mm Hg	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Brazulete	/	1
Peira	/	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Leidy Marian Burbano
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE
R# 2020090247

R. Solange Arizala
Enfermera Jefe
R# 1.089.511.854
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION