

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24233

FECHA:

17 | 11 | 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

William Bolaños

EMPRESA

CoenSanar IPS

SEDE

Hospital San José de Tiguerras

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Termohigrómetro

MARCA

Alla France

MODELO

Biotemp

SERIE

0410139

UBICACION

Consultorio Ginecología

CÓDIGO

0410139

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación☒ Correctivo  
☐ Garantía☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática☐ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica☒ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica☐ Mecánica  
☐ Accesorio  
☒ Deterioro☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☒ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☐ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☒ Limpieza Interna del Equipo.  
☒ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Limadura de contactos  
 Eliminación de corrosión en la placa  
 ajuste de pantalla  
 limpieza interna  
 cambio de batería

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

/

/

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

/

/

/

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
 biometrical.pasto@gmail.com  
 www.laboratoriobiometrical.com.co