

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

Nº 26917

FECHA

Sevilla

30 10 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Lucemssahar

SEDE: Sevilla

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: Welch Allyn

MODELO: Shock Resistant

SERIE: 161130074117

UBICACIÓN: Enfermería

CODIGO: 0407591

INFRAESTRUCTURA ☐EQUIPO INDUSTRIAL ☐EQUIPO DE COMPUTO ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisión general del equipo
El brazalete tiene fuga, se deja
un tensiometro de backup GMD
serie 19101537, hasta conseguir
repuestos.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
/	/	/

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☐ NO ☒

Se deja tensiometro de backup

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION VIST

Edison Romero
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Maria Concepcion
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION