

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24262

FECHA:

11 02 2022



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arévalo

EMPRESA

Codemissanar ips

SEDE

Hospital San José de Tiquerver

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Lámpara de fototerapia

MARCA

Ningbo David

MODELO

XH7-90

SERIE

42A17E01002

UBICACION

Hospitalización Pediatría

CÓDIGO

0411389

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación☒ Correctivo  
☐ Garantía☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática☐ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica☒ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica☐ Mecánica  
☐ Accesorio  
☐ Deterioro☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

falla de lámparas

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☒ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☒ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Revisión de lámpara y contactos  
Revisión de voltaje y corriente adecuado  
en los terminales  
Cambio de lámpara tubo uv

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad
bombillo lineal uvA	47 20BT132	3

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE:

SI ☒NO ☐

RESPONSABLE

Ing. Diego Melo  
RH 20211-100717

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.coBIOMETRICAL  
Seguridad y Confianza por la Vida