

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21531

FECHA:

10 06 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Luisa De la Cruz  
EMPRESA: Coemssana IPS  
SEDE: Hospital San José

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Pulsoxiómetro  
MARCA: Choicemmed  
MODELO: MD3002  
UBICACION: Triage  
SERIE: 186334300118  
CÓDIGO: 0410048

TIPO EQUIPO: Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación☒ Correctivo  
☐ Garantía☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática☐ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica☒ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica☐ Mecánica  
☐ Accesorio  
☐ Deterioro☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO: El equipo no prende

## ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☒ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☐ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☐ Limpieza Interna del Equipo.  
☐ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Se realiza cambio de baterías ya que se encontraban descargadas.  
Se verifico funcionamiento del sensor y este es correcto.

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

Pilas AAA

Barta

2

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

Ing. Luisa de la Cruz Meza

RH 201905-249

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ☎: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida