



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE
SERVICIOS

Nº 26775

FECHA

Buenaventura 10/11/2020

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Lady Marian Burbano

EMPRESA: cooemssana IPS

SEDE: Buenaventura

NOMBRE DEL EQUIPO: Pista de alta

MARCA: NSK

MODELO: Panda Air 502

SERIE: 03C11160

UBICACIÓN: consultorio odontológico

CODIGO: NR

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>	
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>	
Lubricación Partes:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		N/A <input type="checkbox"/>	

Revisión general del equipo
Revisión turbina y borden.
cambio de turbina
lubricación
limpieza y desinfección.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
/	/	/	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
turbina NSK - 114	ref: T014	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

se realizó cambio de turbina NSK 114, con
No serie: M390508

BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Lady Marian Burbano V.
RH 202009-00247

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner