



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE  
SERVICIOS

Nº 26776

FECHA

Buenaventura 10 MES 2020

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: coemssanal IPS

SEDE: Buenaventura

NOMBRE DEL EQUIPO: Pieza de alta

MARCA: NSK

MODELO: para AIT SB2

SERIE: CBQ1159

UBICACIÓN: consultorio odontológico

CODIGO: NR

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

## ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo  
Revisión de turbina.  
Verificación de sistema mecánico  
Cambio de turbina  
Lubricación y limpieza

## VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
/	/	/	/	/	/

## REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
turbina NSK-114	ref: T014	1

## OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se realizó cambio de turbina de la marca NSK, con  
Nº serie. MBJ90507

**BIOMETRICAL**  
Seguridad y Confianza por la Vida  
Ing. Leidy Burbano V.  
R.H. 202009-00247

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Leidy Burbano V.  
R.H. 202009-00247  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION