

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 28422

FECHA:

11/11/2021

**BIOMETRICAL**
Seguridad y confianza por la vida

SC-CER571237

CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Nathalia fuertes

EMPRESA

Coemosa y LPJ

SEDE

Lorenzo

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Tensiómetro

MARCA

Welch ALLYN

MODELO

Shock Resistant

SERIE

210421173359

UBICACION

Consultorio medico 3

CÓDIGO

2113286

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☒ Instalación☐ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☒ Ninguno☐ Mal uso☐ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☐ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☒ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☐ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☐ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

- Revisión general del equipo
- Verificación de pera, válvula, brazalete y velcro
- Limpieza y desinfección general

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

120 mmHg

100 mmHg

Valor Medido

119 mmHg

101 mmHg

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐**BIOMETRICAL**

Ing. Nathalia Fuentef

317 7508140 - 312 6300035

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ☎: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co

BIOMETRICAL
Seguridad y confianza por la vida