

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21592

FECHA:

15 OF 21

**BIOMETRICAL**
Seguridad y confianza por la vida

SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De La Cruz

EMPRESA

Coremssanal IPS

SEDE

Hospital San Jose de Tuquerres.

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Tensímetro.

MARCA

GMD

MODELO

Adulto.

SERIE

0411802

UBICACION

Hospitalización Prim PISO

CÓDIGO

No registra

TIPO EQUIPO

Biomedico.

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

manometro desajustado

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☐ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☒ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☒ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Revisión general del equipo se encontró que la aguja del Manometro no se encontraba en 0. Se ajusta y se verifica

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

100 mm Hg

150 mm Hg

Valor Medido

100,9 mmHg.

151,1 mmHg.

REPUESTOS UTILIZADOS

| Detalle | Referencia | Cantidad |
|---------|------------|----------|
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Luisa De La Cruz
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE
Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Luisa de la Cruz Meza
RH 201905 - 249

Sandra Cabred
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co

