REGISTRO DE SERVICIO

CR Nº 24218

FECHA: 09 | 12 | 2021

BIOMETRICAL
Seguridad y confianza por la vida

icontec ISO 9001 SC-CER571237 | IQNet CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO	Diego Fernando Melo Arévalo
EMPRESA	Coomisanar IPS
SEDE	Hospital San José de Túquerres

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	Monitor de signos vitales		
MARCA	Mindray		
MODELO	UMEC-12	SERIE	KQ-0B055020
UBICACION	Unidad de cuidados I.	CÓDIGO	

TIPO EQUIPO	Biomédico
TIPO DE SERVICIO:	☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Diagnóstico ☐ Otro ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Alistamiento

TIPO FALLA

☐ Ninguno	☐ Mal uso	☐ Consumible	☐ Mecánica	☐ Hidráulica
☑ Operativa	☐ Electrónica	☑ Sofware	☐ Accesorio	☐ Otra
☐ Neumática	☐ Óptica	☐ Eléctrica	☐ Deterioro	

PROBLEMA PRESENTADO: No hay telemetría en monitores de cubículos 9 y 10

ACTIVIDADES

		Rutina de Mantenimiento
☑ Prueba Funcional Inicial.	☐ Verificación Sistema Óptico.	• Cambio de switch de red
☑ Revisión Aspecto Físico del Equipo.	☐ Verificación Sistema Electomecánico.	• Instalación de cableado a los monitores de cubículos 9 y 10
☐ Revisión Condiciones Ambientales.	☐ Verificación Sistema Vapor.	• Configuración de red en los monitores
☐ Verificación Sistema Electrónico.	☑ Verificación Sistema Operativo.	• Configuración de central de monitoreo mindray
☐ Verificación Sistema Hidráulico.	☐ Limpieza Interna del Equipo.	
☐ Verificación Sistema Neumático.	☐ Limpieza Externa del Equipo.	
☐ Verificación Sistema Mecánico.	☐ Lubricación de partes.	
☐ Verificación Sistema Eléctrico.	☑ Pruebas de Funcionamiento.	

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal	Valor Medido
/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad
Cable	LAN	2 m

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☑ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

Catalina E. Ibarra M.
Enfermera - Esp. Cuidado Crítica
RPM 29399

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ✆: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V. 03

BIOMETRICAL Seguridad y confianza por la vida

Escaneado con CamScanner