

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21687

FECHA:

21 04 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Luisa De la Cruz

EMPRESA COOemssara IPS

SEDE Hospital San Jose

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO Termometro infrarojo

MARCA Zonerich

MODELO T2020

SERIE 200557621

UBICACION Hospitalización 2° piso

CÓDIGO 0411707

TIPO EQUIPO Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☒ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☐ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☐ Revisión Condiciones Ambientales.
☒ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☐ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.
- ☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☒ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

se encuentra Fracturado el gatillo
del termometro se procede a repararlo.
el equipo funciona normalmente

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Se recomienda evitar golpes o caídas.

Luisa De la Cruz
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

Alfonso Cortijo
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ☎: 317 7508140 - 312 6300035
 biometrical.pasto@gmail.com
 www.laboratoriobiometrical.com.co



BIOMETRICAL