



BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26714

FECHA

Cali

29 08 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: cooemssanar

SEDE: Neuroprotección - EPOC

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: Lord

MODELO: Adulto

SERIE: 1159010

UBICACIÓN: consultorio médico 8

CODIGO: 0407642

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Brazalete pulverizado

ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			

Revisión general del equipo
Revisión de para, válvula, brazalete y manómetro.
Verificación de fugas
Limpieza y desinfección general
Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg.	75 mmHg	70 mmHg	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
brazalete	/	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

Cooperativa

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Leidy Marian Burbano
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Julia Varela
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION