

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21702

FECHA:

18 | 03 | 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Luisa De la Cruz
EMPRESA: Coemssanor IPS
SEDE: Hospital San Jose

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Fonendoscopio
MARCA: Welch Allyn
MODELO: 5074-135
UBICACION: Hospitalización 2do piso
TIPO EQUIPO: Biomedico

SERIE	CÓDIGO
No registra	No REGISTRA

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☒ Accesorio
☐ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO: No tiene olivas

ACTIVIDADES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Prueba Funcional Inicial.
<input type="checkbox"/> Revisión Aspecto Físico del Equipo.
<input type="checkbox"/> Revisión Condiciones Ambientales.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Electrónico.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Hidráulico.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Neumático.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Mecánico.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Eléctrico. | <input type="checkbox"/> Verificación Sistema Óptico.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Electromecánico.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Vapor.
<input type="checkbox"/> Verificación Sistema Operativo.
<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Interna del Equipo.
<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Externa del Equipo.
<input type="checkbox"/> Lubricación de partes.
<input checked="" type="checkbox"/> Pruebas de Funcionamiento. |
|--|--|

Rutina de Mantenimiento

Se realiza cambio de olivas y se hacen pruebas de funcionamiento.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad
Olivas	Blancas Welch Allyn	2

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Luisa de la Cruz Meza
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ☎: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co