



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 30902

FECHA

Cali

17

11

20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian Burbano

EMPRESA: COOEMSESA IPS

SEDE: Nequepota

NOMBRE DEL EQUIPO: tensiómetro

MARCA: EMO DIAGNOSTIC

MODELO: Adulto

SERIE: NR

UBICACIÓN: Externa

CODIGO: NR

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Bratete con fuga.

ACTIVIDADES

| | Bueno | Regular | Malo | N/A |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Revisión Aspecto Físico del Equipo: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Revisión Condiciones Ambientales: | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> | | | |
| Limpieza Interna del Equipo: | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> | | | |
| Limpieza Externa del Equipo: | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> | | | |
| Pruebas de Funcionamiento: | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> | | | |
| Lubricación Partes: | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Revisión general del equipo
cambio de bratete
verificación y ajuste manómetro
pruebas de funcionamiento
limpieza general

VERIFICACIÓN METROLOGICA

| Valor | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Promedio | Error |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 80 mmHg | 80 mmHg | 80 mmHg | 80 mmHg | 80 mmHg | 0 |

REPUESTOS UTILIZADOS

| DETALLE | REFERENCIA | CANT |
|---------|------------|------|
| Bratete | | 1 |

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL
Seguridad y Confianza por la Vida
Ing. Leidy Burbano V.
RH 202009 - 00247

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Nº: 000.077.504 - 5

Schanna Ouesada Poveda
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN