

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21668

FECHA:

18 05 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa De La Cruz

EMPRESA

Cocemssanar IPS

SEDE

Hospital San Jose'

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Pulsioximetro

MARCA

Choicemmed

MODELO

MD 300C 29

SERIE

202469968845

UBICACION

Hospitalización primer piso

CÓDIGO

0411844

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

El sensor de SPO₂ ya cumplió su vida útil.

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☒ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☐ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☒ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Se hace cambio del sensor SPO₂
 Se hace limpieza y desinfección
 Se verifica buen funcionamiento.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

85 SPO₂95 SPO₂

Valor Medido

84 SPO₂94 SPO₂

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle	Referencia	Cantidad
Sensor SPO ₂	Massimo abulto	1

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL
 Seguridad y Confianza por la Vida
 Ing. Luisa de la Cruz Meza
 INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE
 RN 201905-249

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
 biometrical.pasto@gmail.com
 www.laboratoribiometrical.com.co

ENFERMERA PROFESIONAL
 FIRMA DE QUIEN RECIBE LA SATISFACCIÓN
 Reg. No. 052-345



BIO