



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 29206

FECHA

Pasto

20

5

20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Andres Mera

EMPRESA: Cogemssanar IPS

SEDE: Fisioterapia Fatima

NOMBRE DEL EQUIPO: Hydrocollator

MARCA: Tropic Heater

MODELO: 3523

SERIE: 159398186

UBICACIÓN: Fisioterapia

CODIGO: 0402816

INFRAESTRUCTURA: ☐

EQUIPO INDUSTRIAL: ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☐

DIAGNOSTICO: ☐

VERIFICACIÓN: ☐

INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo:

Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ N/A ☐

Revisión Condiciones Ambientales:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Limpieza Interna del Equipo:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Limpieza Externa del Equipo:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Pruebas de Funcionamiento:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Lubricación Partes:

SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Revisión General del equipo

Revisión Resistencias, control TO, switch,

cable AC, sistema eléctrico

Pruebas de Funcionamiento

Limpieza y Desinfección General

VERIFICACIÓN METROLOGICA


Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
72 °C	72 °C	72 °C	72 °C	72 °C	0

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
1	1	1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐



Ing. Andrés Mera

RI 201404-211

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

[Signature]

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN