

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE
SERVICIOS

Nº 26913

FECHA

Cali 27 10 2020

Carrera 27 No. 15-24 Celular 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA Coemssanas

SEDE Tequendama 40

NOMBRE DEL EQUIPO Tensiometro

MARCA Lord

MODELO

SERIE: 1137918

UBICACION Tequendama 40 / Consultorio médico 5 CODIGO 0405925

INFRAESTRUCTURA

EQUIPO INDUSTRIAL

EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO BIOMEDICO

OTRO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DIAGNOSTICO

VERIFICACION

INSTALACION

PROBLEMA PRESENTADO

ACTIVIDADES

	Buena	Regular	Mala	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo
Revisión de pera, válvula, brazalete y manómetro
Verificación de fugas
Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	79.8 mmHg	80 mmHg	79.9 mmHg	79.9 mmHg	0.075
80 mmHg	79.9 mmHg	79.9 mmHg	80 mmHg	79.95 mmHg	0.05

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Pera	1	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SI ☒ NO ☐

EXCELENTE CENTRO DE SERVICIOS, PROPORCIONA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION VÁLIDA

Edison Romero

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Viviana Rosalinda Jarama

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION