

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21688

FECHA:

28 04 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Luisa De la Cruz

EMPRESA Coemssanor IPS

SEDE Hospital San Jose

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO Pulsoxiometro

MARCA Choicemmed

MODELO MD300C29

SERIE 202469962845

UBICACION Hospitalizacion 1er piso

CÓDIGO 0411844

TIPO EQUIPO Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☐ Instalación☒ Correctivo☐ Garantía☐ Diagnóstico☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☐ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☒ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO: El equipo no prende

ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.☒ Revisión Condiciones Ambientales.☒ Verificación Sistema Electrónico.☐ Verificación Sistema Hidráulico.☐ Verificación Sistema Neumático.☐ Verificación Sistema Mecánico.☐ Verificación Sistema Eléctrico.☐ Verificación Sistema Óptico.☐ Verificación Sistema Electromecánico.☐ Verificación Sistema Vapor.☒ Verificación Sistema Operativo.☒ Limpieza Interna del Equipo.☒ Limpieza Externa del Equipo.☐ Lubricación de partes.☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Se realiza inspección del equipo y se encuentran contactos sulfatados, se procede a lavar y limpiar con agente para tarjetas electronicas y el equipo funciona correctamente

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

Ing. Luisa de la Cruz Meza

RH 201905-249

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035

biometrical.pasto@gmail.com

www.laboratoriobiometrical.com.co



BIOMETRICAL