



BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26948

FECHA

Cali

02 02 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8146
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Edson Romero

EMPRESA: Coopmssamar

SEDE: Tayandama 42

NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad odontológica

MARCA: No registra

MODELO: No registra

UBICACION: Consultorio odontológico

UAE: No registra

0400472

INFRAESTRUCTURA ☐

EQUIPO BIOMEDICO ☒

EQUIPO INDUSTRIAL ☐

EQUIPO DE COMPUTO ☐

OTRO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

DIAGNOSTICO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

VERIFICACION ☐

INSTALACION ☐

PROBLEMA PRESENTADO: La lámpara no funciona / enciende.

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Mala <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo
 Revisión del sistema eléctrico, neumático
 Verificación de fugas
 Se reemplaza el transformador por cortocircuito
 Pruebas autoras

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4	Muestra 5
1	1	1	1	1	1

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Transformador: 110 - 12 VAC		1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SI ☒ NO ☐

VALORES CONTROLADOS, PRESENCIA Y VERIFICACION PORCENTUAL TOTAL SIN AUTORIZACION VAE

Edson Romero
 INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Claudia Lorena Ruiz
 Asistente Técnica
 151993
 FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION