

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24351

FECHA:

05 / 04 / 2022

**BIOMETRICAL**

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arévalo

EMPRESA

Codemsanar IPS

SEDE

Hospital San José

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Báscula

MARCA

Kenwell

MODELO

E-210

SERIE

No registra

UBICACION

Triaje - urgencias

CÓDIGO

0411966

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☒ Correctivo☐ Diagnóstico☐ Otro☐ Instalación☐ Garantía☐ Alistamiento

TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☐ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☒ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

No pesa

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☒ Limpieza Interna del Equipo.
- ☐ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

• Ajuste de galga
• Limpieza de placa
• Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co

**BIOMETRICAL**
Seguridad y confianza por la vida