



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

SERVICIOS N° 26934

FECHA

Palmira 09 02 21

Camera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Coomossanar

SEDE: Palmira

NOMBRE DEL EQUIPO: Lámpara de fotocurado

MARCA: Sunlite

MODELO: 1275

SERIE: 113931

UBICACIÓN: Consultorio odontológico 2

CODIGO:

INFRAESTRUCTURA:

EQUIPO INDUSTRIAL:

EQUIPO DE COMPUTO:

EQUIPO BIOMEDICO:

OTRO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

DIAGNOSTICO:

VERIFICACIÓN:

INSTALACIÓN:

PROBLEMA PRESENTADO: La lámpara no seca la resina

## ACTIVIDADES

	Buena	Regular	Mala	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisión general del equipo  
 Revisión del sistema electrónico, cable  
 AC, filtro uv, perilla, swiche.  
 Verificación del temporizador.  
 Cambio de bombillo de luz halógena  
 Pruebas exitosas

## VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error

## REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Bombillo de luz halógena 12V 75W		1

## OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN V02  
NIT.: 900.077.584-5

Edison Romero  
 INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Dina Gonzalez  
 FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN