

REGISTRO DE SERVICIO

CR No. 24273

FECHA:

21 | 01 | 22

**BIOMETRICAL**
Seguridad y confianza por la vida

SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arzavalo

EMPRESA

Coemssanar IPS

SEDE

Hospital San José de Tüquerre

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Mesa de Cirugía

MARCA

Yuda

MODELO

DST600

SERIE

R-DST-500A-111501

UBICACION

Quirófano 1

CÓDIGO

No registra

TIPO EQUIPO

Biomédica

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☒ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

No funciona. No hace ningún movimiento

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☒ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☒ Verificación Sistema Mecánico.
- ☒ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☐ Limpieza Externa del Equipo.
- ☒ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Se encuentran 2 fusibles rotos
Se encuentra cableado deteriorado y suelto
terminal de switch quemado.
Se reemplazan fusibles y terminal de switch
Se hace cambio de cableado deteriorado.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

switch
fusiblesgenerico
2 A1
2

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co