

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24422

FECHA:

19 | 10 | 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Luisa de la Cruz

EMPRESA

Coemisanar IPS

SEDE

Hospital San José

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Bascula

MARCA

Kenwell

MODELO

EB7010

SERIE

NO REGISTRA

UBICACION

Inage Vigencia

CÓDIGO

0411966

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☒ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☐ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
☐ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☐ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☐ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☐ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Se realiza el ajuste para el cambio de modo de lb a kg

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

BIOMETRICAL

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Ing. Luisa de la Cruz Meza
RH 201905 - 249

Sueili Cabanel

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.coBIOMETRICAL
Seguridad y confianza por la vida