

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24220

FECHA:

18 / 11 / 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

William Balañor

EMPRESA

Codemssanar IPS

SEDE

Hospital San José de Tiquenres

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Tensiómetro

MARCA

welchallyn

MODELO

shock resistant

SERIE

171026091107

UBICACION

HOSPITALIZACIÓN 2 PISO

CÓDIGO

0410047

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

Brazalete deteriorado

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☒ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☒ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☐ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Cambio de brazalete
 Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

/

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

brazalete

1

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
 biometrical.pasto@gmail.com
 www.laboratoriobiometrical.com.co

BIOMETRICAL
Seguridad y confianza por la vida