



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

SERVICIOS

Nº 26937

FECHA

Cal,

12 01 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Cocorosso a nar

SEDE: Tequendama 40

NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad odontológica

MARCA: Artident

MODELO: No registra

UBICACION: Consultorio odontológico 1

SERIE: No registra

CODIGO: 0406000

INFRAESTRUCTURA ☐

EQUIPO INDUSTRIAL ☐

EQUIPO DE COMPUTO: ☐

EQUIPO BIOMEDICO: ☒

OTRO: ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒

DIAGNOSTICO

VERIFICACION ☐

INSTALACION ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Sale agua por los conductos de aire

## ACTIVIDADES

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo  
 Revisión del sistema eléctrico neumático  
 Verificación de fugas  
 Se instala un filtro con regulador  
 Pruebas exitosas.

## VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
1	1	1	1	1	1

## REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Filtro con regulador		1

## OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION

NIT: 900.077.884-9

DOCUMENTO ORIGINAL

*Edison Romero*

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

*Julio Cesar Fern*

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION



Escaneado con CamScanner