



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26713

FECHA

Cali

29

08

20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Lady Marian Burbano

EMPRESA: COOEMSSANA

SEDE: Neoprotección - EPAC

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiómetro

MARCA: Lord

MODELO: Adulto

SERIE: 1157620

UBICACIÓN: consultorio médico 2

CODIGO: 6407535

INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐

PROBLEMA PRESENTADO: Brazalete pulverizado

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	Revisión general del equipo Revisión de perla, válvula, brazalete y manómetro Verificación de fugas Limpieza y desinfección general Pruebas de funcionamiento.
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80mmHg	79mmHg	78mmHg	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Brazalete	/	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

/	/	/	/
---	---	---	---

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Lady Marian Burbano

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Judy Varela

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Escaneado con CamScanner