

# REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 21591

FECHA: 15 07 21



**BIOMETRICAL**  
Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Luisa De la Cruz  
EMPRESA: Cosemssanar IPS  
SEDE: Hospital San Jose

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: Tensiometro.  
MARCA: GMD  
MODELO: ADULTO  
UBICACION: Corro Para Primer Piso.  
SERIE: No registra.  
CÓDIGO: 0411805

TIPO EQUIPO: Biomedico.

TIPO DE SERVICIO: ☐ Preventivo ☒ Correctivo ☐ Diagnóstico ☐ Otro  
☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Alistamiento

## TIPO FALLA

☐ Ninguno ☐ Mal uso ☐ Consumible ☐ Mecánica ☐ Hidráulica  
☐ Operativa ☐ Electrónica ☐ Software ☐ Accesorio ☐ Otra  
☐ Neumática ☐ Óptica ☐ Eléctrica ☒ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO: Pera dañada.

## ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☐ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☒ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.  
☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☐ Limpieza Interna del Equipo.  
☐ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Revisión general del equipo.  
Se hace cambio de la pera  
Se verifica buen funcionamiento.

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

### Valor Normal

100 mmHg  
150 mmHg

### Valor Medido

101.2 mmHg  
150.2 mmHg.

## REPUESTOS UTILIZADOS

| Detalle | Referencia | Cantidad |
|---------|------------|----------|
| Pera    | genérica.  | 1        |
| /       | /          | /        |

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

*Luisa De la Cruz*  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE  
Ing. Luisa de la Cruz Meza  
RH 201905 - 249

*Señal Cabrer*  
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co