



# BIOMETRICAL

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE  
SERVICIOS

Nº 26927

FECHA

Sevilla 17 11 20

Carrera 2ª No. 15-14, Ciudad 1, Tel. 01-60  
www.biometrical.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE: Edson Romero  
DIRECCIÓN: Cúcuta  
CITY: Sevilla

NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad odontológica  
MARCA: No registra  
MODELO: No registra  
SERIAL: 2401098

OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN: ☒ SI ☐ NO EQUIPO DE ALIMENTACIÓN: ☐ SI ☐ NO EQUIPO DE ALIMENTACIÓN: ☐ SI ☐ NO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐ SI ☒ NO REPARACIÓN: ☐ SI ☒ NO

RECEPCIÓN PRESENTACIÓN

## ACTIVIDADES

Revisar Aspecto Físico del Equipo	SI	NO	REMARKS
Revisar Condiciones Ambientales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar condiciones de instalación
Unidad Interna del Equipo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisar de sistema de alimentación
Unidad Externa del Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prueba de Funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad de Partes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## VERIFICACIÓN METROLOGICA

Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida

## REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD
Unión de pvc para agua en T	1	
Uniones de pvc para agua	2	
Tubo mado de pvc para agua	1	

## OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SI ☐ NO ☒  
Se dejó instalando nueva tubería de pvc por problema de fuga de agua

*[Signature]*

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

*[Signature]*

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION