

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE  
SERVICIOS

N° 26947

FECHA

Cali 01 02 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.comNOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison RomeroEMPRESA: CicemssunaSEDE: Tegusmama 42NOMBRE DEL EQUIPO: Báscula neonatalMARCA: Infant ScaleMODELO: ACS-2013-YEUBICACIÓN: Consultorio médico 3

SERIE:

CODIGO: 0404417INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACION: ☐INSTALACION: ☐PROBLEMA PRESENTADO: No funciona**ACTIVIDADES**

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisión general del equipo  
Revisión de la plataforma.  
Verificación del nivel de batería  
Batería nueva.  
Pruebas extensas

**VERIFICACIÓN METROLOGICA**

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
5.Kg	5.Kg	5.0 Kg	1	1	1

**REPUESTOS UTILIZADOS**

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Bateria alkalina 9V		1

**OBSERVACIONES:**EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐Dra. Nathaly Jaramillo U.

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION V.02

Medico General

R.M. 764306

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Edison Romero  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE