



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

Nº 26753

FECHA

Buenaventura 22 08 20

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.comNOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marlon BurbanoEMPRESA: COOEMSSARCASEDE: Buenaventura, Valle del CaucaNOMBRE DEL EQUIPO: Termómetro analógicoMARCA: LordMODELO: AdultosSERIE: 421340UBICACIÓN: consultorio 3CODIGO: No registroINFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐PROBLEMA PRESENTADO: fuga en válvula de pera**ACTIVIDADES**

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>		
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>		

Revisión general del equipo
 Revisión de pera, válvula, brachete
 y manómetro.
 Verificación de fugas
 Limpieza y desinfección general.
 Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	80 mmHg	/	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Pera con válvula.	No registro.	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Leidy Marlon Burbano
 INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

COOEMSSARCA
 NIT: 900.077.584-5
 DOCUMENTO ORIGINAL
 FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION