

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

N° 26726

FECHA

Cull

15

16

2020

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140

www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TÉCNICO: Ledy Marian BurbanoEMPRESA: CoemssanalSEDE: EspecialidadesNOMBRE DEL EQUIPO: TensiómetroMARCA: GMO diagnostics.MODELO: AdultoSERIE: 19151537UBICACIÓN: Bodega.CODIGO: MR.INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐VERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐PROBLEMA PRESENTADO: Manómetro desajustado. sin bracaete y sin pera.**ACTIVIDADES**

	Bueno	Regular	Malo	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Se reviso el equipo externa e internamente.- Se cambio por nuevo manometro, bracaete y pera.**VERIFICACIÓN METROLOGICA**

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80mmHg	80mmHg	80mmHg	/	/	/

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Manómetro	/	1
Bracaete	/	1
Pera	/	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐El manometro cambia de ref. y número de serie. por manometro marca Lord N° serie: 1163434.

15 SEP 2020

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

Ledy Marian Burbano
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Diana Galea
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION