



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

Nº 27383

FECHA

Sevilla

06

01

2020

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.comNOMBRE INGENIERO O TECNICO: Leidy Marian BurbanoEMPRESA: COBEMSSANALSEDE: SevillaNOMBRE DEL EQUIPO: AutoclaveMARCA: AutomatMODELO: 3000 SUBICACIÓN: Consultorio 1SERIE: 3000-1342CODIGO: 0410536INFRAESTRUCTURA: ☐EQUIPO INDUSTRIAL: ☐EQUIPO DE COMPUTO: ☐EQUIPO BIOMEDICO: ☒OTRO: ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ☒DIAGNOSTICO: ☐Daño en electraVERIFICACIÓN: ☐INSTALACIÓN: ☐PROBLEMA PRESENTADO: Daño en electra**ACTIVIDADES**

Revisión Aspecto Físico del Equipo:	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pruebas de funcionamiento
cambio de electra
pruebas de funcionamiento ok.
limpieza interna y externa.

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
121°C	121°C	121°C	1	1	1
30	30	30			

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
electra	2W-025-08	1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐Marque

Ing. Leidy Burbano V.

202009-00147

INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN. V.02

D. Manuel Alejandro Carcedo R.

Químico General

Registro 1478

U. Santiago de Cali

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION