## **REGISTRO DE SERVICIO**

21728

FECHA:



Seguridad y confianza por la vida





CO-SC-CER571237

13 04 21			SC-CER571237	CO-SC-CER571237	
REPORTE DE MANTENIMIENTO					
NOMBRE INGENIERO O TECNICO	Luisa DE La CIUZ				
EMPRESA	LOOEMSGARAI IPS				
SEDE Hospital san Jose'					
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO	100/soxime+10				
MARCA	Choicemmed				
MODELO	MN 300 C 52 SERIE 1807365000 95				
UBICACION	icación Sala de partos código 0409830				
TIPO EQUIPO (5)0	medico				
TIPO DE SERVICIO: Preve	ntivo		ngnóstico	Otro	
TIPO FALLA					
Ninguno Mal uso	Consumible			Hidráulica Otra	
Operativa	ca Sofware Eléctrica		esorio U	Jira	
Neumatica Optica Scients					
PROBLEMA PRESENTADO: Presenta corrosión en contactos de buterias					
ACTIVIDADES  Prueba Funcional Inicial. Verificación Sistema Óptico. Rutina de Mantenimiento					
✓ Prueba Funcional Inicial.       Verificación Sistema Óptico.         ✓ Revisión Aspecto Físico del Equipo.       Verificación Sistema Electomecánico.         ○ Revisión Condiciones Ambientales.       Verificación Sistema Vapor.         ○ Verificación Sistema Electrónico.       Verificación Sistema Operativo.         ○ Verificación Sistema Hidráulico.       Cumpieza Interna del Equipo.         ○ Verificación Sistema Neumático.       Cumpieza Externa del Equipo.         ○ Verificación Sistema Mecánico.       Cumpieza Externa del Equipo.         ○ Verificación Sistema Bléctrico.       Pruebas de Funcionamiento.					
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valor Nor	Valor Medido				
	1				
REPUESTOS UTILIZADOS					
Detalle	Refer				
Pilas	AAA		2		
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI NO					
Cambio de Balerias y limpiera de las contactos de Bateria.					
INGENTAÇÃO TECNICO RESPONSABLE  TORON CUES DECIS.  FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN					

INGENZERO O TECNICO RESPONSABLE RH 201905 - 249

Carrera 27 No. 15-24 - @: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

