

REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24292

FECHA:

06 | 01 | 2022



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arévalo

EMPRESA

Cooperativa IPR

SEDE

Hospital San José de Tóquever

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Monitor fetal

MARCA

General Meditech

MODELO

66A PLUS

SERIE

66A2602T 019

UBICACION

Sala de partos

CÓDIGO

0413101

TIPO EQUIPO

biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☒ Correctivo☐ Diagnóstico☐ Otro☐ Instalación☐ Garantía☐ Alistamiento

TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☐ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☒ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☐ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

marcador dañado

ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☒ Revisión Condiciones Ambientales.
☒ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☐ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.
- ☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☐ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

- Soldadura de cables del marcador al plug
 • Se fabrica carcasa de conector con plástico
 • Se forra con goma para dar mas soporte al plug

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

hubo confusión o error por parte del personal al reportar el equipo. Se hace la aclaración al personal. Se reportó por error fonendo en lugar del monitor fetal

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN