

REGISTRO DE SERVICIO

CR No. 24398

FECHA:

27 08 21



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO Luisa De la Cruz

EMPRESA COOemssanar, PS

SEDE Hospital San Jose

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO Tensiometro

MARCA Welch Allyn

MODELO Shock resistant

SERIE 171026091101

UBICACION Hosp. Segundo piso

CÓDIGO 0410047

TIPO EQUIPO Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☐ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO: Fuga en válvula de pera, brazalete desgastado.

ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☒ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☐ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☒ Limpieza Interna del Equipo.
☒ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

se hace limpieza de válvula de pera,
y se hace cambio de brazalete
se verifica buen funcionamiento.

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

Brazalete

Genérico

1

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co

BIO METRICAL