

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 25795

FECHA:

21 04 2022

**BIOMETRICAL**  
Seguridad y confianza por la vida

SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

William Bolaños Belalcázar

EMPRESA

Coemssanar IPS

SEDE

Hospital San José

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Monitor de signos vitales

MARCA

Mindray

MODELO

Imec 10

SERIE

EX-08084546

UBICACION

Unidad de cuidados

CÓDIGO

0412054

TIPO EQUIPO

Biomedico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo  
☐ Instalación☒ Correctivo  
☐ Garantía☐ Diagnóstico  
☐ Alistamiento☐ Otro

## TIPO FALLA

☐ Ninguno  
☐ Operativa  
☐ Neumática☐ Mal uso  
☐ Electrónica  
☐ Óptica☐ Consumible  
☐ Software  
☐ Eléctrica☐ Mecánica  
☒ Accesorio  
☐ Deterioro☐ Hidráulica  
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

Problemas con IBP.

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.
- ☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
- ☒ Revisión Condiciones Ambientales.
- ☐ Verificación Sistema Electrónico.
- ☐ Verificación Sistema Hidráulico.
- ☐ Verificación Sistema Neumático.
- ☐ Verificación Sistema Mecánico.
- ☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.
- ☐ Verificación Sistema Electromecánico.
- ☐ Verificación Sistema Vapor.
- ☐ Verificación Sistema Operativo.
- ☐ Limpieza Interna del Equipo.
- ☐ Limpieza Externa del Equipo.
- ☐ Lubricación de partes.
- ☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Revisión general del equipo.  
se encontró daño en el cable del sensor IBP.

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

Cable sensor IBP.

mindray

1

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

**BIOMETRICAL**  
Seguridad y Confianza por la Vida  
Ing. William Bolaños  
RH 202110-00683

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
biometrical.pasto@gmail.com  
www.laboratoriobiometrical.com.co

Alexandra Peña B.  
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN