
## **REGISTRO DE SERVICIO**

CR

FECHA:



25793









SC-CER571237

CO-SC-CER571237

		REPORTE DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE INGENIERO O TECNICO	Diego Fernando Melo Arévalo (00 emisunar 1PS				
EMPRESA	(opemsanar IP)				
SEDE	Hospital Sun José de Tiguerrei				
INFORMACION DEL EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO	Monitor de signos vitales				
MARCA	EDAN		A.		
MODELO	IM70	SERIE	360237 - M147022 40043		
UBICACION	Vigenciai	CÓDIGO	0000115		
TIPO EQUIPO Qiomedico					
TIPO DE SERVICIO: Prevei	ntivo Correct		agnóstico Otro		
TIPO FALLA					
Ninguno     Mal uso     ✓Consumible     Mecánica     Hidráulica       Operativa     Electrónica     Sofware     Accesorio     Otra       Neumática     Óptica     Eléctrica     Deterioro     —			esorio Otra		
PROBLEMA PRESENTADO: fugas en brazalete					
ACTIVIDADES					
Prueba Funcional Inicial.  Prueba Funcional Inicial.  Revisión Aspecto Físico del Equipo.  Revisión Condiciones Ambientales.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Electrónico.  Verificación Sistema Hidráulico.  Verificación Sistema Neumático.  Verificación Sistema Neumático.  Verificación Sistema Mecánico.  Verificación Sistema Eléctrico.  Verificación Sistema Eléctrico.  Verificación Sistema Funcionamiento.  Rutina de Mantenimiento  * Se encuntral brazulate con fugai incorregion  * Cambro de brazulate por uno uvevo.  * Cambro de fugai incorregion  * Cambro			razalete con fugas incorregibles. brazalete por uno nuevo. funcionamiento		
VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
Valor Normal		Valor Medido			
REPUESTOS UTILIZADOS					
Detalle	Ref	erencia	Cantidad		
/					
OBSERVACIONES					
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI V NO					
AL Cantucti					

Securidad y Conjunta por la Vida
Ing. Diego Melo
RH 20211-100717

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035 biometrical.pasto@gmail.com www.laboratoriobiometrical.com.co

25- Abil- 2022.

FIRMA DE QUIEN RECIBE À SATISFACCIÓN

