

REGISTRO DE SERVICIO

CR No. 24296

FECHA:

27 | 12 | 2021

**BIOMETRICAL**
Seguridad y confianza por la vida

SC-CER571237



CO-SC-CER571237

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arévalo

EMPRESA

Cooperativa IPS

SEDE

Hospital San José de Tóguveres

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Tensiómetro

MARCA

welch allyn

MODELO

Shock resistant

SERIE

171026091107

UBICACION

Hospitalización 2º piso

CÓDIGO

0410047

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo
☐ Instalación☒ Correctivo
☐ Garantía☐ Diagnóstico
☐ Alistamiento☐ Otro

TIPO FALLA

☐ Ninguno
☐ Operativa
☐ Neumática☐ Mal uso
☐ Electrónica
☐ Óptica☒ Consumible
☐ Software
☐ Eléctrica☐ Mecánica
☐ Accesorio
☒ Deterioro☐ Hidráulica
☐ Otra

PROBLEMA PRESENTADO:

brazalete en mal estado

ACTIVIDADES

☒ Prueba Funcional Inicial.
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.
☒ Revisión Condiciones Ambientales.
☐ Verificación Sistema Electrónico.
☐ Verificación Sistema Hidráulico.
☒ Verificación Sistema Neumático.
☐ Verificación Sistema Mecánico.
☐ Verificación Sistema Eléctrico.☐ Verificación Sistema Óptico.
☐ Verificación Sistema Electromecánico.
☐ Verificación Sistema Vapor.
☐ Verificación Sistema Operativo.
☐ Limpieza Interna del Equipo.
☒ Limpieza Externa del Equipo.
☐ Lubricación de partes.
☒ Pruebas de Funcionamiento.

Rutina de Mantenimiento

Revisión de manómetro
cambio de funda de brazalete y
revisión de bomba (fuga corregida)
pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

funda brazalete

genérica

1

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☐ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIÉN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035
biometrical.pasto@gmail.com
www.laboratoriobiometrical.com.co