

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE SERVICIOS**

Nº 26940

FECHA

Cali 19 01 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140  
www.laboratoriobiometrical.comNOMBRE INGENIERO O TECNICO Edison RomeroEMPRESA CocemssanarSEDE NepropatoculaNOMBRE DEL EQUIPO TensicmetroMARCA LordMODELO No registra.SERIE 1179084UBICACION Toma de muestras

CODIGO:

INFRAESTRUCTURA ☐EQUIPO INDUSTRIAL ☐EQUIPO DE COMPUTO ☒EQUIPO BIOMEDICO ☒OTRO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DIAGNOSTICO ☐VERIFICACION ☐INSTALACION ☐

PROBLEMA PRESENTADO:

**ACTIVIDADES**

	Buena	Regular	Mala	N/A
Revisión Aspecto Físico del Equipo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión Condiciones Ambientales:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Interna del Equipo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza Externa del Equipo:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pruebas de Funcionamiento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lubricación Partes:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión general del equipo.  
Revisión de manómetro, para, válvula.  
Verificación de fugas.  
Cambio de brazalete.  
Pruebas de funcionamiento

**VERIFICACIÓN METROLOGICA**

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mmHg	80 mmHg	80 mmHg	1	1	1

**REPUESTOS UTILIZADOS**

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Brazalete	1	1

**OBSERVACIONES:**EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION. V.30

Edison Romero  
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Amilcar T.  
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION



Escaneado con CamScanner