

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

**REPORTE DE
SERVICIOS**

N° 26938

FECHA

Cali 18 01 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Edison Romero

EMPRESA

Coemssanar

SEDE

Tegucigalpa 40

NOMBRE DEL EQUIPO

Monitor de multiparámetros

MARCA

Mindray

MODELO

UNEIC

SERIE

1LN-85025678

UBICACIÓN

Consultorio preconsulta

CODIGO

0410363

INFRAESTRUCTURA

EQUIPO BIOMEDICO ☒EQUIPO INDUSTRIAL ☐EQUIPO DE COMPUTO ☐OTRO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DIAGNOSTICO ☐VERIFICACION ☐INSTALACION ☐

PROBLEMA PRESENTADO

Fuga en el brazalete

ACTIVIDADES

Revisión Aspecto Físico del Equipo:

Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ N/A ☐

Revisión Condiciones Ambientales:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Limpieza Interna del Equipo:

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

Limpieza Externa del Equipo:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Pruebas de Funcionamiento:

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

Lubricación Partes:

SI ☐ NO ☐ N/A ☒

Revisión general del equipo
 Revisión de monitor, brazalete,
 sensor SPO2.
 Se reemplaza el brazalete por fuga.
 Pruebas de funcionamiento

VERIFICACIÓN METROLOGICA

Valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
80 mm Hg	80 mm Hg	80 mm Hg			

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Brazalete 1 via		1

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE:

SI ☒NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION V02

Edison Romero
 INGENIERO O TECNICO RESPONSABLE

Andrés G. L.
 FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION



Escaneado con CamScanner