

**BIOMETRICAL**

Seguridad y Confianza por la Vida

REPORTE DE SERVICIOS

Nº 26936

FECHA

Cali 12 01 21

Carrera 27 No. 15-24 - Celular: 317 750 8140
www.laboratoriobiometrical.com

NOMBRE INGENIERO O TECNICO: Edison Romero

EMPRESA: Coomasa IPS

SEDE: Tequendama 44

NOMBRE DEL EQUIPO: Unidad odontológica

MARCA: No registra

MODELO: No registra

UBICACIÓN: Consultorio odontológico 2

SERIE: No registra

CODIGO: 0400631

INFRAESTRUCTURA

EQUIPO INDUSTRIAL ☐EQUIPO INDUSTRIAL ☐EQUIPO DE COMPUTO ☐OTRO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DIAGNOSTICO ☐VERIFICACIÓN ☐INSTALACIÓN ☐

PROBLEMA PRESENTADO

ACTIVIDADESRevisión Aspecto Físico del Equipo: Buena ☒ Regular ☐ Malo ☐ N/A ☐Revisión Condiciones Ambientales: SI ☒ NO ☐ N/A ☐Limpieza Interna del Equipo: SI ☐ NO ☒ N/A ☐Limpieza Externa del Equipo: SI ☒ NO ☐ N/A ☐Pruebas de Funcionamiento: SI ☒ NO ☐ N/A ☐Lubricación Partes: SI ☒ NO ☐ N/A ☐Revisión general del equipo
Revisión del sistema mecánico
Se realiza cambio de la válvula
cambia vías
Se realiza cambio de swiche por
corto cto. Pruebas exhaustivas**VERIFICACIÓN METROLOGICA**

valor	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Promedio	Error
1	1	1	1		

REPUESTOS UTILIZADOS

DETALLE	REFERENCIA	CANT
Válvula conmutadora		1
Swiche		1

OBSERVACIONES:EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN V.02

Edison Romero
INGENIERO O TECNICO RESPONSABLEMartza Echeverri
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Escaneado con CamScanner