

## REGISTRO DE SERVICIO

CR N° 24295

FECHA:

27 | 12 | 2021



BIOMETRICAL

Seguridad y confianza por la vida



SC-CER571237



CO-SC-CER571237

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE INGENIERO O TECNICO

Diego Fernando Melo Arévalo

EMPRESA

Coemisanar IPS

SEDE

Hospital San José de Tóquerres

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO

Tensiómetro

MARCA

welch allyn

MODELO

de pedestal

SERIE

180402181445

UBICACION

Hospitalización 2° Piso

CÓDIGO

0410063

TIPO EQUIPO

Biomédico

TIPO DE SERVICIO:

☐ Preventivo☒ Correctivo☐ Diagnóstico☐ Otro☐ Instalación☐ Garantía☐ Alistamiento

## TIPO FALLA

☐ Ninguno☐ Mal uso☒ Consumible☐ Mecánica☐ Hidráulica☐ Operativa☐ Electrónica☐ Software☐ Accesorio☐ Otra☐ Neumática☐ Óptica☐ Eléctrica☒ Deterioro

PROBLEMA PRESENTADO:

brazalete en mal estado

## ACTIVIDADES

- ☒ Prueba Funcional Inicial.  
☒ Revisión Aspecto Físico del Equipo.  
☒ Revisión Condiciones Ambientales.  
☐ Verificación Sistema Electrónico.  
☐ Verificación Sistema Hidráulico.  
☒ Verificación Sistema Neumático.  
☐ Verificación Sistema Mecánico.  
☐ Verificación Sistema Eléctrico.

- ☐ Verificación Sistema Óptico.  
☐ Verificación Sistema Electromecánico.  
☐ Verificación Sistema Vapor.  
☐ Verificación Sistema Operativo.  
☐ Limpieza Interna del Equipo.  
☒ Limpieza Externa del Equipo.  
☐ Lubricación de partes.  
☒ Pruebas de Funcionamiento.

## Rutina de Mantenimiento

Revisión de manómetro  
 Revisión de manguera  
 Revisión de bomba de insuflado  
 cambio de funda brazalete  
 pruebas de funcionamiento

## VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Valor Normal

Valor Medido

## REPUESTOS UTILIZADOS

Detalle

Referencia

Cantidad

funda brazalete

genérica

1

## OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: SI ☒ NO ☐

INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

Carrera 27 No. 15-24 - ©: 317 7508140 - 312 6300035  
 biometrical.pasto@gmail.com  
 www.laboratoriobiometrical.com.co

BIOMETRICAL  
Seguridad y confianza por la vida