

Identitas PME

Field	Nilai
Provider	IKMLI - Ikatan Kumpulan Manajemen Laboratorium Indonesia
Program	Kimia Klinik Seri A
Cycle	2025-01
Period	Januari 2025
Participant ID	LAB-0421
Laboratory	Laboratorium Klinik Sehat Sentosa
File	test-pme.pdf
Aturan Z-Score	v1.0-default
AI Provider	internal-ai

Executive Summary

Total 6 parameter dievaluasi: 4 memuaskan, 1 waspada, 1 tidak memuaskan, 0 memerlukan review.

Tabel Hasil

Parameter	Peserta	Target	Z-Score	Status	Conf.
Asam Urat	6.1	5.9	1.25	Memuaskan	100%
Cholesterol	210	190	1.89	Memuaskan	100%
Glukosa	5.2	5.1	0.15	Memuaskan	100%
Hemoglobin	13.9	14.1	-2.45	Waspada	100%
Kreatinin	1.8	1.2	3.21	Tidak Memuaskan	100%
Trigliserida	150	155	-0.44	Memuaskan	100%

Hemoglobin — Z=-2.45 (WARNING)

Interpretasi AI:
Hasil PME untuk parameter Hemoglobin menunjukkan nilai partisipan 13.9 g/dL dengan nilai target 14.1 g/dL, menghasilkan Z-score -2.45. Nilai ini berada dalam kategori WARNING, menunjukkan ada deviasi yang perlu diperhatikan meskipun belum mencapai level action. Perbandingan dengan riwayat sebelumnya (Z-score -0.52 pada April 2025) menunjukkan adanya penurunan konsistensi hasil yang perlu dievaluasi.

- Kemungkinan penyebab:
- PRE_ANALYTICAL: Variabilitas dalam proses pengambilan sampel, seperti tekanan atau teknik venepuncture yang tidak konsisten
 - PRE_ANALYTICAL: Perbedaan dalam proses penanganan atau persiapan sampel setelah pengambilan
 - ANALYTICAL: Fluktuasi dalam kualitas reagen atau perubahan lot reagen

Kreatinin — Z=3.21 (UNSATISFACTORY)

Interpretasi AI:

Hasil PME untuk parameter Kreatinin menunjukkan nilai peserta (1.8 mg/dL) yang signifikan lebih tinggi dibandingkan nilai target (1.2 mg/dL). Z-score sebesar 3.21 menunjukkan deviasi yang sangat signifikan dari nilai target, sehingga status hasil ditetapkan sebagai UNSATISFACTORY. Hal ini menunjukkan adanya masalah yang perlu ditangani dalam proses pengujian laboratorium.

Kemungkinan penyebab:

- PRE_ANALYTICAL: Kontaminasi sampel dengan zat pengganggu atau kesalahan dalam proses pengambilan darah
- PRE_ANALYTICAL: Penyimpanan atau transportasi sampel yang tidak tepat menyebabkan degradasi
- ANALYTICAL: Masalah pada kalibrasi alat atau kurva kalibrasi yang tidak valid

Tindakan korektif:

- Lakukan kalibrasi ulang instrumentasi jika ditemukan ketidakakuratan
- Ganti reagen jika terbuks rusak atau kedaluwarsa
- Perbaiki atau sesuaikan prosedur pre-analitik yang bermasalah

Tindakan preventif:

- Tingkatkan pelatihan staf terkait pre-analitik dan post-analitik
- Implementasi pemeriksaan ganda untuk parameter kritis
- Peningkatan monitoring kualitas reagent dan instrument secara rutin

Kesimpulan

Terdapat 1 parameter tidak memuaskan yang memerlukan tindakan korektif segera dan investigasi akar masalah.

Disiapkan oleh:

Disetujui oleh:

Analisis QA

Kepala Laboratorium