PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

Höspital			CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA								AL		
HOSpital Regional de Dultama Numburkanin Labirah Virsipanda Jummi													
1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO													
Nombre Manther de Symu Vitales							Activo fijo 05895				5		
Marca Milvan Konden							Ubicación			Obsensum redistria			
Modelo PVM - 2701						Servicio Urgencia				enc	GT.		
Serie 03714							Fecha 29				<u> </u>	12 2020	
			SE DE REPORTE										
Mantenimiento programado 1 2 3							DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA						
, and the programmes					200							Control of Marches and Secretar Marches S	
Mantenimiento correctivo							ete notano tension, con fuga						
llamado de em												-	
3. EVALUACION TECNICA													
PUNTO DE INSPECCION						¿SE REALIZO LA ¿CUAL ES SU					SU	ACTIVIDAD REALIZADA	
						ACTIVIDAD?			ESTADO?				
				7		SI	NO	N/A	В	R	М		
Verificación de						X			×			Se realiza combio de biazalde y a que se encontraba con frgz	
Verificación de						X				<u> </u>	义	1 1 1 1 1 10 6	
	ionamiento inicia					X			X	X /		presente 1 4 ans of	
	<u>l sistema eléctrico</u> I sistema electróni					×			x			Para habit con from	
	l sistema mecánic			-		~		NIA	71			Chankara are	
	l sistema neumátic					X		*****	X			1	
Verificación de								NIA				1	
Verificación de	l sistema de contr	ol						NIA					
Verificación de						X			X				
	l sistema de alarm					X			X			_	
	sistemas visuales	y auc	litivos			×	-	ļ	X				
Verificación del Software					×			X			-		
Limpieza interna y externa								NIA				-	
Lubricación de componentes mecánicos						X		14111	×			1	
Ajuste del sistema Remplazo de componentes						×			×			†	
Prueba de funcionamiento Final						X			×				
1,552 2. 2.					4. VE			ETROLO	GICA				
REVISIÓN PARA	EN		REALIZO TIVIDAD		¿CUAL ES SU ESTADO?			RESULTADO			OBSERVACIONES		
				NO	N/A	В	R	R M					
Masas patrón clase M1 10 kilos				Alla				18	,				
Masas patrón clase M1 20 kilos				NIA									
Masas patrón clase M1 40 kilos				NIA								-	
REVISIÓN CON OTROS PATRONES			SI				R	M	RESULTADO			OBSERVACIONES	
					NIA		10						
5 E					5. R	EPUEST	OS Y AC	CESOR	ios				
	EM		$\overline{}$				RIPCION					CANTIDAD	
1 Brazile de 1 10												-1	
							711.141.0						
						STADO	O FINAL DEL EQUIPO NO OBSERVACIONE				CIONE		
¿Equipo funcionando correctamente bajo parámetros del fabricante?						入	NO						
¿Equipo funcionando con limitaciones? SI							NO	 }	14	niba	gn	correcte fractionamento	
¿Equipo puesto fuera de servicio? \$1							NO X						
¿Se sugiere la baja del equipo? FIRMA Y/O SELLO DEL RESPONSABLE DE REALIZAR MANTENIMIENTO							FIRMA Y/O SELLO DE RESPONSABLE DEL EQUIPO						
Fina Brigitte Cuta M.								,					
Innantera Blomédica							~(2~~						
1p. 25244-370437 CNB Invine RH- 201709-514							Deby Izeth Coidens. David						
Invitra RH- 20170							<u> </u>	Nambra					