

REPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Nombre	BASCULA DE PISO	Activo fijo			
Marca	HEALTH O METER	Ubicación	TRIAGE		
Modelo	800KL	Servicio	URGENCIAS		
Serie	8000242345	Fecha	18/04/2022	N° Reporte	220418-01

2. CLASE DE REPORTE

Mantenimiento programado	1	2	3	DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA Display roto evidentemente por golpe, no es posible visualizar valores en pantalla
Mantenimiento correctivo		x		
llamado de emergencia				

3. EVALUACION TECNICA

PUNTO DE INSPECCION	¿Se realiza actividad?			¿Cuál es su estado?			ACTIVIDAD REALIZADA
	SI	NO	N/A	B	R	M	
Verificación de estado físico	x				x		Se realiza reemplazo de display roto, se realiza verificación de sistema electrónico, se ajustan cableados, se realiza limpieza externa e interna, se verifica funcionamiento de equipo. Equipo queda funcionando correctamente.
Verificación de accesorios			x				
Prueba de funcionamiento inicial	x					x	
Verificación del sistema eléctrico			x				
Verificación del sistema electrónico	x				x		
Verificación del sistema mecánico			x				
Verificación del sistema neumático			x				
Verificación del sistema óptico			x				
Verificación del sistema de control			x				
Verificación de conexiones	x			x			
Verificación del sistema de alarma y seguridad			x				
Verificación de sistemas visuales y auditivos	x				x		
Verificación del Software			x				
Limpieza interna y externa	x			x			
Lubricación de componentes mecánicos			x				
Ajuste del sistema		x					
Remplazo de componentes	x			x			
Prueba de funcionamiento Final	x			x			

4. VERIFICACIÓN METROLOGICA

[illegible]

5. REPUESTOS Y ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Display	1
2		
3		

6. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

6. ESTADO DEL EQUIPO					OBSERVACIONES
¿Equipo funcionando correctamente?	SI	x	NO		
¿Equipo funcionando con limitaciones?	SI		NO	x	
¿Equipo puesto fuera de servicio?	SI		NO	x	
¿Se sugiere la baja del equipo?	SI		NO	x	
RESPONSABLE DEL EQUIPO					

FIRMA Y/O SELLO DEL RESPONSABLE DE REALIZAR

FIRMA Y/O SELLO DE RESPONSABLE DEL EQUIPO	
---	--

Firma:

Alejandro Barrera

Firma:

Milron Jace

Nombre: Ferrej Alejandro Barrera Meheser

Nombre:

WILSON HARRY SANCHEZ 60122
Enfermero Ure. 2-00339

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Cargo:	
--------	--

C.C.: 1.058.058.8821

C.C.:





Health o meter[®]
Professional

82.1 kg

