

Calle 47 No. 5 - 26 - Piso 2 PBX: 7568787 E-mail:directorlaboratorios@tecnicaelectromedica.com
Bogota, D.C. - Colombia

Nombre del Cliente:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA				
Dirección:	AV DE LAS AMERICAS CR 35	Ciudad:	DUITAMA		
Reportado por:	KATHERIN MARTINEZ	Cargo:	ENFERMERA		
Solicitud de servicio No:		Telefono:			
Tipo de Contrato:		Tipo de Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha y Hora Inicio del Servicio:	15/06/202209:20


INFORMACION DEL EQUIPO

Equipo:	ELECTROCARDIOGRAFO	Ubicación:	URGENCIAS
Marca:	WELCH ALLYN	Serie:	10920343414
Modelo:	CP50		
Horas de Funcionamiento:		Placa TEM S.A No.	N /A

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Imagen del servicio:



DESCRIPCION DEL TRABAJO



Cumple con el Proceso de Limpieza y Desinfección:	SI	
Cable ECG:	BUENO	
Impresora:	BUENO	
Bateria:	BUENO	
Estado funcional:	BUENO	
Pantalla:	BUENO	
FRECUENCIA PROGRAMADA:	ok	
60 BPM:	60	
80 BPM:	80	
120 BPM:	120	

OBSERVACIONES:

Se realiza pruebas de funcionamiento con simulador Ecg se programan frecuencias se evidencia el correcto funcionamiento del equipo
nNota: Requiere cambio de clamps y chupas de succion

ACCESORIOS Y REPUESTOS

NOMBRE	CANT.	DESCRIPCION	INST.	
Servicio Concluido			SI	
El equipo se entrega funcionando dentro de las especificaciones exigidas por el fabricante			SI	
Equipo Fuera de servicio			NO	

El equipo requiere ser retirado fuera de la institución para ser evaluados en nuestros laboratorios		NO
Requiere cotización		NO
M= Malo. R= Regular. B= Bueno. COT= Cotizar. N/A= No Aplica. INST= Instalado. CANT= Cantidad.		
Representante del Servicio	Fecha y Hora Fin de Servicio	Recibimos en Conformidad
<div>Firma por TECNICA ELECTROMEDICA</div>  <div>Fecha: 15/06/2022 10:05 Nro: 1655302852</div> <div>DIEGO CHIPATEQUE</div>	15/06/2022 10:05	<div>Firma por parte del Cliente</div>  <div>Fecha: 15/06/2022 10:05 Nro: 1655302852</div> <div>KATHERINE MARTINEZ</div>
Nombre: DIEGO CHIPATEQUE		Cargo: ENFERMERA

Reporte de servicio finalizado, cualquier inquietud comuniquese con nosotros, su satisfacción es nuestro compromiso!!

Al suscribir el presente documento declaro que he sido informado, que puedo consultar la Política de Tratamiento de Información publicada en www.tecnicaelectromedica.com