

Calle 47 No. 5 - 26 - Piso 2 PBX: 7568787 E-mail:directorlaboratorios@tecnicaelectromedica.com
Bogota, D.C. - Colombia

Nombre del Cliente:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA				
Dirección:	AV DE LAS AMERICAS CR 35	Ciudad:	DUITAMA		
Reportado por:	ALEJANDRA MEDINA	Cargo:	ENFERMERA JEFE		
Solicitud de servicio No:		Telefono:			
Tipo de Contrato:		Tipo de Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha y Hora Inicio del Servicio:	15/06/2022 10:26

INFORMACION DEL EQUIPO

Equipo:	ELECTR LO CARDIOGRAFO	Ubicación:	URGENCIAS
Marca:	NIHON KOHDEN	Serie:	10365
Modelo:	CARDOFAX		
Horas de Funcionamiento:		Placa TEM S.A No.	NA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Imagen del servicio:



DESCRIPCION DEL TRABAJO

Cumple con el Proceso de Limpieza y Desinfección:	SI	
Cable ECG:	BUENO	
Impresora:	BUENO	
Bateria:	BUENO	
Estado funcional:	MALO	
Pantalla:	MALO	
FRECUENCIA PROGRAMADA:	30	
60 BPM:	60	
80 BPM:	80	
120 BPM:	120	



OBSERVACIONES:

nSe realiza pruebas de funcionamiento con simulador Ecg se programan frecuencias se evidencia el correcto funcionamiento del equipo nNota el equipo requiere cambio de pantalla clamps electrodos de succion se observa el buen funcionamiento ya que la impresion es buena

ACCESORIOS Y REPUESTOS

NOMBRE	CANT.	DESCRIPCION	INST.	

Servicio Concluido	SI
El equipo se entrega funcionando dentro de las especificaciones exigidas por el fabricante	SI

Equipo Fuera de servicio		NO
El equipo requiere ser retirado fuera de la institución para ser evaluados en nuestros laboratorios		NO
Requiere cotización		NO
M= Malo. R= Regular. B= Bueno. COT= Cotizar. N/A= No Aplica. INST= Instalado. CANT= Cantidad.		
Representante del Servicio	Fecha y Hora Fin de Servicio	Recibimos en Conformidad
<div>Firma por TECNICA ELECTROMEDICA</div>  <div>Fecha: 15/06/2022 11:37 Nro: 1655306795</div> <div>DIEGO CHIPATEQUE</div>	15/06/2022 11:37	<div>Firma por parte del Cliente</div>  <div>Fecha: 15/06/2022 11:36 Nro: 1655306795</div> <div>ALEJANDRA MEDINA</div> <div>Nombre: ALEJANDRA MEDINA</div> <div>Cargo: ENFERMERA JEFE</div>

Reporte de servicio finalizado, cualquier inquietud comuniquese con nosotros, su satisfacción es nuestro compromiso!!

Al suscribir el presente documento declaro que he sido informado, que puedo consultar la Política de Tratamiento de Información publicada en www.tecnicaelectromedica.com