



REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES
DEL RELLO, S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO

Nº 0102

Cliente: IMSS Clínica 1

Fecha: 21-07-2025

Unidad Médica: _____

Área: _____

Equipo: Electromiografía Marca: Interacoustic Modelo: VNG525B

Número de Serie: SN1045997 No. de Inventario: _____

Tipo de Servicio: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Calibración ☐ Otro: _____

Licencia de Otoaccess: CW6W.TWREDKWEZCBA

Licencia(s) del Equipo: 23.222.135:019W16EY9UFQ66KFW4W9YES
23.316.060:01XZHQYDCHCGXX5W5US588

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se revisa el equipo y sus accesorios
Se revisa las cámaras
Se revisan las licencias
Se revisa el funcionamiento del sillón
Se realizan pruebas de funcionamiento
Se realiza limpieza externa

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO
21 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS No. 19074980

REFACCIONES: Sí ☐ No ☒ Equipo funcionando: Sí ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Notas: El monitor presenta una mancha producto de un daño interno, no afecta a las pruebas con pacientes.

Realizó el servicio

Luis Perez
NOMBRE Y FIRMA



Jefe responsable

Dra. Rosa E. Real De La Cruz
NOMBRE Y FIRMA

Firma de conformidad

Dra. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fís. y Rehabilitación
NOMBRE Y FIRMA
NOM 028-228318-3270213

Av. Magdalena 111 Col. Del Valle, C.P. 03100 México, CDMX

Tel: (55) 56 87 17 17 Int. Rep. 800 737 64 36

R.F.C.: RDR030002577 www.dr.com.mx