



COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y Servicios para Laboratorio SA de CV

Myr Motic **PRIMERA** **Simport** **FEATHER**

REPORTE DE SERVICIO N° 0316

Cotización _____ Factura _____ Fecha 3/06/25
Nombre Hospital General Regional #1
Dirección _____
Estado Tijuana, Baja California
Tel. _____ Ext. _____

Descripción del equipo

Equipo: Procesador de tejidos
Modelo: STP 122
Marca: MYR
No. de Serie: STP 122 044 2309

Tipo de servicio (marcar en el recuadro)

Preventivo ☒ Instalación ☐ Capacitación ☐
Correctivo ☐ Revisión ☐ Garantía ☒

Tipo de evento

Póliza de garantía: _____
No. de eventos: _____

Detalles/Observaciones del Servicio

Actividades Realizadas:

Desarme General.
Limpieza General.
Revisión de sensores.
Revisión de sondas de temperatura.
Revisión y limpieza de tarjetas electrónica.
Limpieza del sistema mecánico.
Ajustes y lubricación del sistema mecánico.
Alineación de carrusel.
Pruebas de buen funcionamiento.

**INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL**

RECIBO
03 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjeto de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Confirmación del Servicio

Servicio Técnico

Dra. Erika Gabriela Grajales Pérez
Médico Anatomopatólogo
Mat. 99023484
IMSS Ced. Prof. 4584994
Nombre y firma de conformidad

COPRESEL S.A. DE C.V.

Corporativo Proveedor de Equipos y
Servicios para Laboratorio S.A. de C.V.

Calle Gabriel García Márquez 8-A1
Col. San Juan Cuautlancingo C.P. 72700
Puebla, Pue. México

Tel. (222) 179 65 72
www.copresel.com.mx
ventas@copresel.com.mx